941 SENSORES Y ACTUADORES

PULSADOR PRES. 1ª Y 2ª, LLAMADA Y EMERG

Código : **9410038**

Modelo : **LLC-132**

Descripción
Periférico de habitación con pulsador de llamada a enfermera con indicador LED rojo, pulsador de llamada a médico con indicador LED azul, pulsador de presencia de enfermera con indicador LED verde y pulsador de presencia de auxiliar con indicador LED amarillo. Permite lanzar una llamada de enfermera debes el pulsador de llamada rojo. Permite lanzar una llamada de código azul desde el pulsador de llamada azul. Permite la marcación de presencia de enfermera en la habitación desde el pulsador de presencia verde. Permite la marcación de presencia de auxiliar en la habitación desde el pulsador de presencia amarillo. A su vez los indicadores LED permiten conocer de forma visual el estado de las llamadas lanzadas y las presencias realizadas Montaje empotrado o superficial.

9410038	
LLC-132	

Especificaciones

Botón de llamada a enfermera	Color botón: rojo (RAL 3020, rojo tráfico) Color indicador led: Rojo Icono: enfermera Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Botón de código azul	Color botón: azul (RAL 5015, azul celeste) Color indicador led: azul Icono: médico Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Botón de presencia de enfermera	Color botón: verde (RAL 6018, verde amarillento) Color indicador led: verde Icono: persona 1 Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Botón de presencia de auxiliar	Color botón: amarillo (RAL 1007, amarillo narciso) Color indicador led: amarillo Icono: persona 12 Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Alimentación	24 V
Consumo (reposo)	20 mA
Consumo (máximo)	80 mA
Dimensiones	80 x 80 x 30 mm
Peso	80g
Material	ABS / Policarbonato
Color (embellecedor)	Blanco (RAL 9001, blanco crema)
Temperatura de funcionamiento	5ºC a 55ºC
Protección	IP 42
Montaje	Empotrado (con ACC-100 / ACC-101) Superficial (con ACC-110)
Normativa (Seguridad)	EN 60950-1:2006
Normativa (Emisiones electromagnéticas)	EN 61000-3-3