

# 941

## SENSORES Y ACTUADORES

---

### UNIDAD CAMA CON 2 BOTONES Y CONECTOR

Código : **9410084**

Modelo : **LLC-205**

#### Descripción

Periférico de habitación con conector para pera de llamada (LLC-21x), pulsador de llamada a enfermera con indicador LED rojo y pulsador de cancelación. Permite lanzar una llamada desde la pera de llamada conectada (LLC-21x) o desde el pulsador de llamada rojo. Una vez iniciada la llamada paciente, el indicador LED rojo permite una fácil identificación de la cama llamante. Permite la cancelación de la llamada desde el pulsador de cancelación. Montaje empotrado o superficial.



9410084

LLC-205

**Especificaciones**

Conector	DIN-8 hembra
Botón de llamada a enfermera	Color botón: rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
	Color indicador led: Rojo
	Icono: enfermera
	Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Botón de cancelación	Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
	Icono: cancelación
	Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Alimentación	24 V
Consumo (reposo)	2,5 mA
Consumo (máximo)	10 mA
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	80x 80x 30 mm
Peso	80g
Material	ABS / Policarbonato
Color (embellecedor)	Blanco (RAL 9001, blanco crema)
Temperatura de funcionamiento	5°C a 55°C
Protección	IP 42
Montaje	Empotrado (con ACC-100 / ACC-101) Superficial (con ACC-110)
Normativa (Seguridad)	EN 60065:2014
Normativa (Emisiones electromagnéticas)	EN 61000-6-3:2007/A1:2012, EN 61000-6-1:2007