

943 ACTIVATEUR 1,5M

Code : **9430041**

Modèle : **CER-010**

Description

Dispositif d'activation envoyant un signal électromagnétique (125 kHz) aux bracelets de géolocalisation portés par les patients sous surveillance (CER-030), afin d'indiquer leur présence dans une zone contrôlée. À la réception de ce signal, le bracelet transmet un message à 13,56 MHz au contrôleur central de zone (CER-025), contenant les identifiants de l'activateur et du bracelet.

Tant que le bracelet (CER-030) reste dans la zone de portée de l'activateur, celui-ci demeure actif jusqu'à ce que la personne quitte la zone.

L'activateur CER-010 doit être installé à proximité de la zone à surveiller (porte, couloir, etc.), généralement à hauteur d'interrupteur, entre 1 et 1,2 m du sol. La portée maximale d'activation du CER-010 est de 1,5 m.